

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Yüreğir Devlet Hastanesi

Hastanemizin ihtiyacı olan malzeme/yapım işi/hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi uyarınca doğrudan temin usulü ile temin edilecektir. Birim fiyat teklif mektubunuzun Hastanemiz Satın alma Birimine (Doğrudan Temin Birimi) ulaştırmanız hususunda gereğini rica ederim.

14/12/2022
Ufuk BÜYÜKÜN
Doğrudan Temin Birimi

TEKLİF MEKTUBU

S.N.	İŞİN ADI	SUT KODU	UBB	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYAT (TL)	TOPLAM FİYAT (TL)
1	İŞ EKİPMANLARININ YILLIK PERİYODİK KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI HİZMET ALIM			1	ADET		
						GENEL TOPLAM:	
NOT	Bütün alımlarımız hastane web sitemizde yayınlanmaktadır. ADRES: yuregirdh.satinalma@saglik.gov.tr						

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Süresi: 21/12/ 2022 Saat 12:00

- Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır. Teknik şartname hükümleri geçerlidir.
- Mal/Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- Alıma Hile, desise, Vaid, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- Malzeme teklifinde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
- Teklif edilen fiyatlar birim fiyat üzerinden değerlendirilecektir.**
- İmalat gerektirmeyip piyasadan hazır halde alınıp satılan malzemeler için, siparişin isteklinin eline ulaşmasına müteakip en geç 5(beş) iş günü içerisinde malzemeler teslim edilecektir. İmalat gerektiren veya tamiratı yapılacak malzemeler için teslimat süresi en fazla 7(yedi) iş günüdür.
- Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Şartnamede istenen belgeler teklifle beraber sunulmalıdır aksi takdirde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**
- Teklif veren firmalar malzemenin UBB kodu mutlaka yazmalı UBB kodu bulunmayan malzemelerde "kapsam dışı" diye belirtmelidir.
- Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- Faks yolu ile teklif kabul edilecektir.
İrtibat Telefon : (0322) 321 57 52/ 5545
İrtibat Fax : (0322) 322 6970 / (0322) 322 83 80
Email Adresi : yuregirdh.satinalma@saglik.gov.tr

Kaşe İmza Tarih

NOT:1-ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM BELGELER TEKLİFLE BİRLİK SUNULMALIDIR. AKSİ HALDE TEKLİF DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ
YÜREĞİR DEVLET HASTANESİNDE BULUNAN
İŞ YERİ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI İŞİ

1. KONU: Yüreğir Devlet Hastanesi bulunan ve teknik şartnamede yer alan, adetleri ve özellikleri verilen iş ekipmanlarının, periyodik test ve kontrollerinin yetkili firmalarca yaptırılması işidir. Ayrıca 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-3 Bakım Onarım ve Periyodik Kontrolleriyle ilgili hususlarda iş ekipmanlarının periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterlerinde belirtilen sürelerde kontrol edilmesi.

2. İŞİN KAPSAMI: Teknik şartname ekinde cins ve özellikleri belirlenen Yüreğir Devlet Hastanesinde bulunan iş ekipmanlarının periyodik kontrollerin yapılması yürürlükte olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde periyodik test ve kontrolleri yapılacaktır.

3. GENEL ŞARTLAR:

- 1) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği doğrultusunda ekli listede verilen iş ekipmanlarının periyodik test ve kontrolleri Yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
- 2) Yüklenicinin Türk Akreditasyondan kurumundan alınmış akreditasyon belgesi bulunması zorunludur.
- 3) Yüklenicinin Topraklama Yetki Belgesi, Elektrik iç tesiatı denetleme , SMM ve büro tescil belgesi bulunması gerekmektedir.
- 4) Yüklenicinin kurumumuza sunacağı raporlarda Elektrik ve Makine Mühendisleri için T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen ekipnet numaraları bulundurulmalıdır.
- 5) Yüklenici, işe başlangıç aşamasında ayrıntılı iş planını idareye sunup onaylattıktan sonra işlemlere başlayacaktır.
- 6) Yapılacak olan test ve kontroller Hastane Yönetimi tarafından gerekli görülmesi durumunda ücrete tabii olmadan yenilenecektir. Periyodik test ve kontroller TSE normlarına uygun olarak yapılacaktır.
- 7) İlgili yönetmelikler gereğince, Yüklenicinin test ve kontrol ekibinde bu kontrolleri yapmaya yetkili personel / personeller bulunacaktır. Bu personel en az 5 yıl boyunca bu konuda çalışmış olacak ve istenildiğinde bunu belgelendirecektir.
- 8) Periyodik test ve kontroller Yüklenici ve Hastane Yönetimi arasında belirlenecek tarihte yapılacaktır. Kontrol sonrası varsa belirtilen eksikliklerin tamamlanmasına müteakip yine Yüklenici ve Hastane Yönetimi arasında belirlenecek olan tarihte ikinci kontrol yapılacaktır. Herhangi bir eksiklik olmaması durumunda ikinci kontrol sonrası ekipmanların kullanılabilir olduğuna dair Yüklenici tarafından etiketleme yapılacaktır.
- 9) Yüklenicinin test ve kontrol ekibi gerekli tüm iş ve ekipmanlarını yanlarında getirecektir.

- 10) Kontroller sırasında kullanılacak tüm cihazların, akreditasyon almış laboratuvarlarda kalibrasyonunun yapıldığı belgelenecektir. Kalibrasyon tarihi 1 yılı geçmemiş olacaktır.
- 11) Kontrol işlemleri sırasında Yükleniciye hastane teknik ekibinden en az 1 kişi refakat edecek ve kontrol mesai saatleri içerisinde olacaktır.
- 12) Kontrol sonrasında düzenlenecek raporlar en geç 30 gün içerisinde Hastaneye teslim edilecektir.
- 13) Raporda her sayfa ayrı ayrı imzalanıp kaşelenecektir.
- 14) Yüklenici çalışma alanı içerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili her türlü tedbiri almak zorundadır. Bu konuda Hastanenin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
- 15) Yüklenici, personeli Hastaneye kendi imkanları ile götürüp getirecektir.
- 16) Yüklenici 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği kanunu hükümlerine göre ve yapmakla yükümlü bulunduğu işin gereği olan iş güvenliği malzemesi ve iş aletlerini TSE standartlarına uygun olarak temin edip personeli donatacaktır. İş güvenliği malzemelerinin kullanılması yükümlülüğü yükleniciye aittir. Bu malzeme ve iş aletlerinin işçi tarafından kullanılmaması sonucu meydana gelecek iş kazalarından ve meslek hastalıklarından Yüklenici firma sorumludur.
- 17) Periyodik kontrol raporları, akreditasyon ve kalibrasyon belgeleri ayrı ayrı dosyalarda oluşturulup Yönetime verilecektir. Oluşturulacak doylar 2 nüsha halinde olacaktır ve raporlar dijital (USB bellek) ortamda ayrıca teslim edilecektir.



Ek: İş Ekipmanları Listesi (1 sayfa)**PERİYODİK KONTROLLERE TABİİ İŞ EKİPMANLARI LİSTESİ**

Sıra	Ekipman Cinsi	Adet	Ekipmanın Bulunduğu Yer	Kapasite
1	Genleşme Tankı	1	Yangın tesisatında	500 lt
		5	Soğutma sistemi kapalı genleşme	2000 lt
		4	Güneş Enerjileri Kısımında	1000 lt
		4	Isıtma sistemi kapalı genleşme	2000 lt
		3	Kazan	300 lt
		1	Kazan	200 lt
		1	Sterilizasyon	500 lt
		1	Çamaşırhane	200 lt
2	Boyler	4	Kullanma sıcak su boyler	2000lt
		2	Mutfak çamaşırhane sıcak su boyler	2000 lt
3	Vakum Tankı	2	Oksijen merkezi	1000 lt
4	Basınçlı Hava Tankı	1	Oksijen merkezi	1000lt
		1	Marangozhane	500 lt
		16	Chiller Sistemleri	Vidalı Sistem
5	Kazan	3	Kazan dairesi	1.750.000 kcal/h
		1	Kazan dairesi	500.000 kcal/h
6	Katodik Koruma Tesisatı	1	Doğalgaz hattı	
7	İstif makineleri(Transpalet)	4	Depolar	
8	Yangın Tesisatı Periyodik kontrol	1	Tüm sistem	Tüm sistem
9	Hidrant	3	Hastane Bahçesi	
10	FM 200	3	Server ve Tomografi Odası	
11	Mutfak Tipi Davlumbaz Söndürme Sistemi	1	Mutfak	
12	Yangın Dolabı	171	Hastane İçi	
		4	Karataş Ek Hizmet Binası	

13	Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri	3	Hastane İçi	Tüm Bina
		1	Karataş Yerleşkesi	Zemin kat
		1	Eski Adana Devlet Hastanesi Yerleşkesi	Tüm Bina
		1	Seyhan TRSM	Tüm Bina
14	Otoklav Cihazı	4	Hastane içi Sterilizasyon	
15	Yangın Su deposu	2	Kazan Dairesi	250 ton
16	Yangın Pompası	3	Elektrikli, Dizel, Jokey Pompa	
17	Kaçış yolu basınçlandırma ve duman tahliye sistemi	1	Hastane içi	
18	Havalandırma tesisatı	1	Tesisat katı	
19	Endüstriyel Kapılar	28	Hastane içi	
20	Hareketsiz Taşlama	1	Kazan Dairesi	
		1	Demir Atölyesi	
		1	Marangoz Atölyesi	
21	Şerit Testere	1	Marangoz Atölye	
22	Sanayi Tipi metal Kesme Hızarı	1	Demir Atölye	
23	Ağaç Planya Tezgahı	1	Marangoz Atölye	
24	Sabit Kollu Ayaklı Matkap	1	Demir Atölye	
25	Seyyar Kompresör Hava Tankı	1	Marangoz Atölye	
		1	Kazan dairesi	
		1	Elektrik atölye	
		1	Endoskopi Birimi	
26	Jeneratör	4	Hastane Bahçesi	1000 kva
		2	C Blok Bodrum Kat	1000 kva
		2	C Blok Bodrum Kat	1375 kva
		1	Karataş Ek Hizmet Binası	275 kva
		1	Eski Adana Devlet Ameliyathane Bölümü	1126 kva
		1	Kamu Hiz Baş.+TRSM	275 kva
		1	Eski Adana Devlet Ana Bina Yedek	200 kva
27	Aktif Paratoner	2	Hastane Çatısı	
		1	Karataş Ek Hizmet Binası	
		1	Eski Adana Devlet Hastanesi	

28	Elektrik Panosu			Hastane içi	
		20		Karataş Ek Hizmet Binası	
		20		Eski Adana Devlet Hastanesi	
29	Transformatör	2		Bodrum Trafo Odası	1250 kVA
		2		Bodrum Trafo Odası	1000 kVA
		4		Bahçe Trafo Alanı	1000 kVA
		1		Karataş Yerleşkesi	160 kVA
		1		Eski Adana Devlet Hastanesi Yerleşkesi	1600 kVA
30	Akümülatör	16		Yüreğir Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası-Bodrum Jeneratör	12 Volt-200 Amper
		16		Yüreğir Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası-Bahçe Jeneratör	12 Volt-200 Amper
		180		Yüreğir Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası-Bodrum UPS Odası	12 Volt-100 Amper
		62		Yüreğir Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası-Tomografi-1	12 Volt-28 Amper
		60		Yüreğir Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası-Tomografi-2	12 Volt-65 Amper
		40		Yüreğir Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası-Server Odası	12 Volt-12 Amper
		18		Yüreğir Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası-Teknik Birim	12 Volt-7 Amper
		8		Yüreğir Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası-Güvenlik Merkezi	12 Volt-7 Amper
		8		Yüreğir Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası-USG Odası	12 Volt-7 Amper
		8		Yüreğir Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası-Kardivoloji	12 Volt-7 Amper
		2		Yüreğir Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası-Eforlu EKG	12 Volt-7 Amper
		3		Yüreğir Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası-Arsiv	12 Volt-7 Amper
		4		Karataş Yerleşkesi-Jeneratör	12 Volt-120 Amper
		40		Karataş Yerleşkesi-Elektrik Odası	12 Volt-7 Amper
		4		Karataş Yerleşkesi-Data Kabini	12 Volt-7 Amper
		60		Seyhan TRSM Elektrik Odası	12 Volt-7 Amper
		8		Eski Adana Devlet Hastanesi Yerleşkesi-Jeneratör	12 Volt-120 Amper
	Endüstriyel Raflar	250		Teknik atölye , Medikal atölye, Kazan Dairesi,Eczane Depo	

Muhammet DEMİRCİ
Elektrik Elektronik Müh.

Vildan YÜCEL
Endüstri Müh.