

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Yüreğir Devlet Hastanesi

Hasta : Ayşe YILDIRIM

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 3 kalem Orhan Elma işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	U B B KODU	Sut Kodu	MALZEME ADI	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1		AE0980	ROTATOR KILIF ONARIMI MALZEME SETİ (AE0980)	1	Takım		
2		AE1260	5.0 İĞNELİ ANCHOR	2	Adet		
3		AE1020	KANÜL	2	Adet		

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:30.01.2023 Saat: 15.00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
 - 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
 - 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 - 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
 - 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için teklif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
 - 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 - 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
 - 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
 - 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
 - 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
 - 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.
 - 12-Teslim edilecek malzemelerde steril olmayan ürünler hastane sterilizasyon ünitesinde steril edilecektir. Steril olarak teslim edilen malzemeler için sterilizasyon ücreti alınmayacaktır. Steril olmayan malzemeler için yüklenici sözleşme tutarı üzerinden sterilizasyon ücreti yatırarak veya fatura başı hastane vizesine (hesabına) yatırılacaktır. Yüklenicinin talep etmesi halinde fatura hak edişlerinden de kesilebilecektir.
- Steril edilecek malzemeler için sterilizasyon ücreti; 6.000 TL'ye kadar olan fatura bedellerinden 60 TL. 6.000 TL nin üzerindeki faturalardan fatura bedelinin %1 i oranında alınacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA

Kemiğespitmalzemesi PEEK' ten imaledilmiş olmalıdır.
Implantları ile birlikte implantların kemiğe sabitlenmesini sağlayan setin teklifi kabul edilen firma tarafından teslim edilmesi zorunludur.
Artroskopik ve açık cerrahi yaklaşımlarında rahatlıkla kullanılabilmelidir. Özellikle Double Row ve Single Row tekniklerinde kullanılabilmelidir.
2,9 MM , 3,5 MM , 4,5 MM seçenekleri olmalıdır.
Implant ile birlikte steril Fiber sütür steril kutu içerisinde bulunmalıdır.
Sütürler implantın içerisinde geçirilerek implantın bulunduğu uceleğin üzerindeki stoplayıcı pin ile çakılarak sabitleme yapılabilir.
Herhangi bir düğümleme işlemi yapılmamalıdır.
Sterilizasyon süresi 3 yıl olmalıdır

SÜTÜR GEÇİRİCİ NİTİONAL İĞNE TEKNİK ŞARTNAMESİ

İğne nesne konvansiyonel alaşımdan olmalıdır.
İğne el aleti ile birlikte kullanılabilmelidir.
İğne 2 numara fiber sütür ile kullanılabilmelidir.
İğnenin gövde kalınlığı 1mm-1,5mm olmalıdır..
Sütürün dokudan geçmesi nasındaki kaymaması için uç kısmı dizayn edilmiş olmalıdır.
İğne tek kullanımlık steril paketler halinde kullanıma hazır verilmeli en az 2 yıl olmalıdır.

TEK KULLANIMLIK KANÜL SET TEKNİK ŞARTNAMESİ

Obturator ve Kanül den oluşmalıdır.
Plastik veya damı yapıda olmalıdır.
Rijid ve Flexible özellikte iki yapıda olmalıdır.
Steril kullanıma hazır tekli paketler halinde olmalıdır.
Çapları 4,5mm – 8mm arası 8 çap olmalıdır.
Silikon diyaframlı olmalı; böylelikle sıvı geçişi engellenmelidir.
Dış çeperi isteğe göre yivli veya düz olmalıdır.

ARTROSKOPİK AMAÇLI ELCTROSURGICAL PROBE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Artroskopik cerrahide kullanıma uygun olmalıdır.
Coagüle, cut ve buharlaştırma özelliğine sahip olmalıdır.
Problardan veya ayak pedalı vasıtasıyla ayağa tankumanda edilebilmelidir.
Tekli steril paketlerde kullanıma hazır halde bulunmalıdır.
0, 30 ve 90 derece açılı uç kısımları olan problemler olmalıdır.
Probların çapları 2,5mm ile 3,2mm arası olmalıdır.
Frekansları 0 – 500 Khz arası olmalıdır.
Probların kullanımı için herhangi bir kontrol ünitesine ihtiyaç olmamalıdır. Herhangi bir ameliyathanek oterivedisposible koter kalemi ile çalıştırılabilir. Ayrıca kendinden handle özellikli ve suction özelliği problemler de olmalıdır.
Probların güç ayarları ameliyathanesinde değiştirilebilmelidir.
Problar sadece temas yüzeylerinde etkilidir.
Ablasyon dereceleri 25 – 70 Watt arası ayarlanabilir olmalıdır.
2,5mm' lik problemler chondroplasty ve hyaline cartilge uygulamaları için ideal olmalıdır.
3,2mm' lik problemler subacromial decompression ve notchplasty uygulamaları için ideal olmalıdır

Türkiye İlaç ve Tıbbi Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ürün takipsistemi (ÜTS) kayıt bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır. Sağlık Bakanlığının Tıbbi Cihazlar ile ilgili mevzuatı kapsamına uygun olmalıdır.

Adana Yüzümlü Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Mustafa ALTIN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 43786